

## 政府采购进口产品申请表

<b>一、基本情况</b>			
申请单位	阳江市人民医院		
所属采购项目名称	阳江市人民医院医疗设备采购项目（多功能冷冻治疗仪1台）	所属采购项目预算金额（单位：万元）	80
进口产品名称	进口产品预算金额（单位：万元）		
多功能冷冻治疗仪	80		
<b>二、主要用途</b>			
主要用于气管、支气管腔内恶性肿瘤的姑息治疗；气管、支气管良性病变及早期恶性肿瘤的根治性治疗。			
<b>三、适用情形（勾选其中1项）</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求，确需采购进口产品的；			
<input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的；			
<input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的；			
<input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的；			
<input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的；			
勾选上述第1项适用情形的，需填写下列内容：			
国产同类产品名称	市场价格（单位：万元）		
多功能冷冻治疗仪	82		
<b>四、申请理由</b>			
<p>采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等方面的理由阐述：</p> <p>采购进口产品的必要性：国内有个别生产厂家制造冷冻治疗设备，但是用于眼科等治疗，进口多功能冷冻治疗仪专用于呼吸道治疗，产品功能多样性、可靠性、安全性高，冷冻探针具有1.1mm、1.9mm、2.4mm等多种直径及长度，适用于多种直径气管镜下操作，冷冻探针重复使用设计，临床技术支持和科研投入大。</p> <p>采购国产同类产品对工作的实质性影响：国内有个别生产厂家制造冷冻治疗设备，但是用于眼科等治疗，国产冷冻比进口冷冻时间慢，复温时间慢，效果差。</p>			

注：1. 进口产品或者国产同类产品涉及多个的，逐一详细填写；

2. 进口产品隶属不同采购项目的，按采购项目分别填报。

政府采购进口产品专家论证意见

专家信息	姓名:	书成内		
	职称:	主任医师		
	工作单位:	江海区人民医院		
	来源:	<input type="checkbox"/> 随机抽取	<input checked="" type="checkbox"/> 自行选定	
	类别:	<input type="checkbox"/> 法律专家	<input checked="" type="checkbox"/> 技术专家	
一、基本情况				
申请单位	阳江市人民医院			
所属采购项目名称	阳江市人民医院医疗设备采购项目(多功能冷冻治疗仪1台)	所属采购项目预算金额(单位:万元)	80	
进口产品名称	进口产品预算金额(单位:万元)			
多功能冷冻治疗仪	80			
二、采购进口产品的主要用途				
主要用于气管、支气管腔内恶性肿瘤的姑息治疗;气管、支气管良性病变及早期恶性肿瘤的根治性治疗。				
三、适用情形(勾选其中1项)				
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求,确需采购进口产品的;				
<input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的;				
<input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的;				
<input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的;				
<input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的;				
属于上述第1项适用情形的,需填写下列内容:				
国产同类产品名称	市场价格(单位:万元)			
多功能冷冻治疗仪	82			
四、申请理由				
采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等方面的理由阐述:				
<p>采购进口产品的必要性:国内有个别生产厂家制造冷冻治疗设备,但是用于眼科等治疗,进口多功能冷冻治疗仪专用于呼吸道治疗,产品功能多样性、可靠性、安全性高,冷冻探针具有1.1mm、1.9mm、2.4mm等多种直径及长度,适用于多种直径气管镜下操作,冷冻探针重复使用设计,临床技术支持和科研投入大。</p> <p>采购国产同类产品对工作的实质性影响:国内有个别生产厂家制造冷冻治疗设备,但是用于眼科等治疗,国产冷冻比进口冷冻时间慢,复温时间慢,效果差。</p>				

五、专家论证意见（由专家手工填写）

申请单位拟采购的多功能冷冻饮水机，国内有9家生产厂家制造冷冻饮水设备，但是用于眼罩式饮水，目前国内产品难以进口多功能冷冻饮水机用于呼吸道饮水，产品的多样性、可靠性、稳定性，建议允许进口产品参与本次采购活动。

论证专家签字：

2021年4月8日

- 注：1. 专家组应当由5人以上单数组成，其中，必须包括1名法律专家，技术专家应当为熟悉该产品的专家。
2. 专家应当对进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等，进行客观、独立地论证并提出具体论证意见。
3. 属于适用情形第4或5的，同一年度内已备案的，无须重新组织专家论证，直接附原专家论证意见。

政府采购进口产品专家论证意见

专家信息	姓名:	李雄		
	职称:	副主任医师		
	工作单位:	阳江市第三人民医院		
	来源:	<input type="checkbox"/> 随机抽取	<input checked="" type="checkbox"/> 自行选定	
	类别:	<input type="checkbox"/> 法律专家	<input checked="" type="checkbox"/> 技术专家	
一、基本情况				
申请单位	阳江市人民医院			
所属采购项目名称	阳江市人民医院医疗设备采购项目(多功能冷冻治疗仪1台)	所属采购项目预算金额(单位:万元)	80	
进口产品名称	进口产品预算金额(单位:万元)			
多功能冷冻治疗仪	80			
二、采购进口产品的主要用途				
主要用于气管、支气管腔内恶性肿瘤的姑息治疗; 气管、支气管良性病变及早期恶性肿瘤的根治性治疗。				
三、适用情形(勾选其中1项)				
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求, 确需采购进口产品的;				
<input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的;				
<input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的;				
<input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的;				
<input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的;				
属于上述第1项适用情形的, 需填写下列内容:				
国产同类产品名称	市场价格(单位:万元)			
多功能冷冻治疗仪	82			
四、申请理由				
采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等方面的理由阐述:				
<p>采购进口产品的必要性: 国内有个别生产厂家制造冷冻治疗设备, 但是用于眼科等治疗, 进口多功能冷冻治疗仪专用于呼吸道治疗, 产品功能多样性、可靠性、安全性高, 冷冻探针具有 1.1mm、1.9mm、2.4mm 等多种直径及长度, 适用于多种直径气管镜下操作, 冷冻探针重复使用设计, 临床技术支持和科研投入大。</p> <p>采购国产同类产品对工作的实质性影响: 国内有个别生产厂家制造冷冻治疗设备, 但是用于眼科等治疗, 国产冷冻比进口冷冻时间慢, 复温时间慢, 效果差。</p>				

五、专家论证意见（由专家手工填写）

申请单位拟采购的多功能冷冻治疗仪，国内产品仅限于眼科治疗，不能满足呼吸道治疗，无法满足实质需求。进口产品功能多样，可靠性好，安全性高，具有不可替代性。

建议允许进口产品参与本次采购活动。

论证专家签字：

2021年4月8日



- 注：1. 专家组应当由5人以上单数组成，其中，必须包括1名法律专家，技术专家应当为熟悉该产品的专家。
2. 专家应当对进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等，进行客观、独立地论证并提出具体论证意见。
3. 属于适用情形第4或5的，同一年度内已备案的，无须重新组织专家论证，直接附原专家论证意见。

政府采购进口产品专家论证意见

专家信息	姓名: 刘毅		
	职称: 主任医师		
	工作单位: 阳江市人民医院		
	来源: <input type="checkbox"/> 随机抽取 <input checked="" type="checkbox"/> 自行选定		
	类别: <input type="checkbox"/> 法律专家 <input checked="" type="checkbox"/> 技术专家		
一、基本情况			
申请单位	阳江市人民医院		
所属采购项目名称	阳江市人民医院医疗设备采购项目(多功能冷冻治疗仪1台)	所属采购项目预算金额(单位: 万元)	80
进口产品名称	进口产品预算金额(单位: 万元)		
多功能冷冻治疗仪	80		
二、采购进口产品的主要用途			
主要用于气管、支气管腔内恶性肿瘤的姑息治疗; 气管、支气管良性病变及早期恶性肿瘤的根治性治疗。			
三、适用情形(勾选其中1项)			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求, 确需采购进口产品的;			
<input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的;			
<input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的;			
<input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的;			
<input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的;			
属于上述第1项适用情形的, 需填写下列内容:			
国产同类产品名称	市场价格(单位: 万元)		
多功能冷冻治疗仪	82		
四、申请理由			
采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等方面的理由阐述:			
<p>采购进口产品的必要性: 国内有个别生产厂家制造冷冻治疗设备, 但是用于眼科等治疗, 进口多功能冷冻治疗仪专用于呼吸道治疗, 产品功能多样性、可靠性、安全性高, 冷冻探针具有 1.1mm、1.9mm、2.4mm 等多种直径及长度, 适用于多种直径气管镜下操作, 冷冻探针重复使用设计, 临床技术支持和科研投入大。</p> <p>采购国产同类产品对工作的实质性影响: 国内有个别生产厂家制造冷冻治疗设备, 但是用于眼科等治疗, 国产冷冻比进口冷冻时间慢, 复温时间慢, 效果差。</p>			

五、专家论证意见（由专家手工填写）

申请单位拟生产的多功能冷冻治疗仪，  
其进口多功能冷冻治疗仪主要用于呼吸治疗，产  
品功能多样<sup>性强</sup>、可靠性、安全性等特点，而国产  
产品与进口产品相比，其冷冻时间、复治时间  
较短，性价比差，建议允许进口产品参与本次采购  
工作。

论证专家签字：

2021年4月8日

- 注：1. 专家组应当由5人以上单数组成，其中，必须包括1名法律专家，技术专家应当为熟悉该产品的专家。
2. 专家应当对进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等，进行客观、独立地论证并提出具体论证意见。
3. 属于适用情形第4或5的，同一年度内已备案的，无须重新组织专家论证，直接附原专家论证意见。

政府采购进口产品专家论证意见

专家信息	姓名:	[Handwritten Signature]		
	职称:	[Handwritten Title]		
	工作单位:	[Handwritten Unit Name]		
	来源:	<input type="checkbox"/> 随机抽取	<input checked="" type="checkbox"/> 自行选定	
	类别:	<input type="checkbox"/> 法律专家	<input checked="" type="checkbox"/> 技术专家	
一、基本情况				
申请单位	阳江市人民医院			
所属采购项目名称	阳江市人民医院医疗设备采购项目 (多功能冷冻治疗仪 1 台)	所属采购项目预算金额 (单位: 万元)	80	
进口产品名称	多功能冷冻治疗仪		进口产品预算金额 (单位: 万元)	
			80	
二、采购进口产品的主要用途				
主要用于气管、支气管腔内恶性肿瘤的姑息治疗; 气管、支气管良性病变及早期恶性肿瘤的根治性治疗。				
三、适用情形 (勾选其中 1 项)				
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求, 确需采购进口产品的;				
<input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的;				
<input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的;				
<input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的;				
<input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的;				
属于上述第 1 项适用情形的, 需填写下列内容:				
国产同类产品名称	市场价格 (单位: 万元)			
多功能冷冻治疗仪	82			
四、申请理由				
<p>采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等方面的理由阐述:</p> <p>采购进口产品的必要性: 国内有个别生产厂家制造冷冻治疗设备, 但是用于眼科等治疗, 进口多功能冷冻治疗仪专用于呼吸道治疗, 产品功能多样性、可靠性、安全性高, 冷冻探针具有 1.1mm、1.9mm、2.4mm 等多种直径及长度, 适用于多种直径气管镜下操作, 冷冻探针重复使用设计, 临床技术支持和科研投入大。</p> <p>采购国产同类产品对工作的实质性影响: 国内有个别生产厂家制造冷冻治疗设备, 但是用于眼科等治疗, 国产冷冻比进口冷冻时间慢, 复温时间慢, 效果差。</p>				

五、专家论证意见（由专家手工填写）

申请单位拟进口的多功能冷冻治疗仪设备，由于国内有个别生产厂家制造冷冻治疗设备，但是用于眼科等治疗，进口产品多功能冷冻治疗仪是用于呼吸道治疗，产品功能多、操作可靠、安全、性价比高、临床技术支持和研发投入大，建议允许进口产品参与本次进口活动。

论证专家签字：

2021年 10月 8日

- 注：1. 专家组应当由5人以上单数组成，其中，必须包括1名法律专家，技术专家应当为熟悉该产品的专家。
2. 专家应当对进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等，进行客观、独立地论证并提出具体论证意见。
3. 属于适用情形第4或5的，同一年度内已备案的，无须重新组织专家论证，直接附原专家论证意见。

政府采购进口产品专家论证意见

专家信息	姓名: 林东峰		
	职称: 法律服务执业者		
	工作单位: 阳江市司法局		
	来源: <input type="checkbox"/> 随机抽取 <input checked="" type="checkbox"/> 自行选定		
	类别: <input checked="" type="checkbox"/> 法律专家 <input type="checkbox"/> 技术专家		
一、基本情况			
申请单位	阳江市人民医院		
所属采购项目名称	阳江市人民医院医疗设备采购项目(多功能冷冻治疗仪1台)	所属采购项目预算金额(单位: 万元)	80
进口产品名称	进口产品预算金额(单位: 万元)		
多功能冷冻治疗仪	80		
二、采购进口产品的主要用途			
主要用于气管、支气管腔内恶性肿瘤的姑息治疗; 气管、支气管良性病变及早期恶性肿瘤的根治性治疗。			
三、适用情形(勾选其中1项)			
<input checked="" type="checkbox"/> 1. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求, 确需采购进口产品的;			
<input type="checkbox"/> 2. 中国境内无法获取的;			
<input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的;			
<input type="checkbox"/> 4. 高校、科研院所采购进口科研仪器设备的;			
<input type="checkbox"/> 5. 使用社科项目资金采购进口科研仪器设备的;			
属于上述第1项适用情形的, 需填写下列内容:			
国产同类产品名称	市场价格(单位: 万元)		
多功能冷冻治疗仪	82		
四、申请理由			
<p>采购进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等方面的理由阐述:</p> <p>采购进口产品的必要性: 国内有个别生产厂家制造冷冻治疗设备, 但是用于眼科等治疗, 进口多功能冷冻治疗仪专用于呼吸道治疗, 产品功能多样性、可靠性、安全性高, 冷冻探针具有1.1mm、1.9mm、2.4mm等多种直径及长度, 适用于多种直径气管镜下操作, 冷冻探针重复使用设计, 临床技术支持和科研投入大。</p> <p>采购国产同类产品对工作的实质性影响: 国内有个别生产厂家制造冷冻治疗设备, 但是用于眼科等治疗, 国产冷冻比进口冷冻时间慢, 复温时间慢, 效果差。</p>			

五、专家论证意见（由专家手工填写）

申请单位拟采购的多功能冷冻冷藏仪设备，  
不属于国家法律法规政策明确规定禁止进口  
或限制进口的其他类产品，符合《政府采购  
进口产品管理办法》的相关规定，建议允许进口产品  
参与本次采购活动。

论证专家签字：

2021年4月8日

- 注：1. 专家组应当由5人以上单数组成，其中，必须包括1名法律专家，技术专家应当为熟悉该产品的专家。
2. 专家应当对进口产品的必要性、不可替代性、经济性、效益性等，进行客观、独立地论证并提出具体论证意见。
3. 属于适用情形第4或5的，同一年度内已备案的，无须重新组织专家论证，直接附原专家论证意见。

国产同类产品与进口产品对比情况表

序号	进口产品名称	主要内容		国产同类产品名称	主要内容		主要差异性对比 (功能、技术参数等)
		主要功能	技术参数		主要功能	技术参数	
1	多功能冷冻治疗仪	具有冷冻和冻结融融一切功能	1、主机具有集中显示调节各种参数。2、设备启动冷冻速度：要求在启动冷冻程序后，3秒钟，可达温度-70度。3、自动启动解冻程序，冷冻探头在3秒钟内自动解冻，不需要任何电子供热。4、有用于各种科室的各种型号和形状的冷冻探针，具有可更换冷冻探头的通用冷冻手柄及探头。 5、所有冷冻探针及管道都可以进行高温（134度）高压及低温等离子消毒，重复使用设计。 6、冷冻探针采用新型亲水合金材质，具有直径多种直径探针。	冷冻治疗仪	具有冷冻冻融功能	1. 冷冻降温时间4秒； 2. 冷冻升温时间5秒； 3. 探头温度-50度	国产冷冻比进口冷冻时间慢，复温时间慢，进口冷冻探头温度比国产冷冻探头温度低，效果更好。

注：填写产品的主要功能、技术参数指标以及国产同类产品与进口产品的主要差异性对比等情况。